

Címzett:
Gazdasági Szereplők részére

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás a
„Defibrillátorok felülvizsgálata és tartozékainak beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban

Ügyintéző: Szabolcs András
Telefon: +36 30 720 8277
E-mail: szabolcs.andras@mavcsoport.hu

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító 2025.07.18-án beszerzési eljárást indított **„Defibrillátorok felülvizsgálata és tartozékainak beszerzése”** tárgyban.

A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

1. kérdés:

„Az árazótáblán 41 db felülvizsgálat szerepel - feltételezem, hogy 41 darab készülék ellenőrzésére lesz szükség, viszont a telephelyek listája ennek a többszöröse.
Mely telephelyeken találhatóak a készülékek?”

Válasz:

Ajánlatkérő pontosítja a defibrillátorokkal – jelenleg – ellátott szervezeti egységeinek (azaz a szállítási címek) listáját. (Csatolva: Defibrillátorok - helyszínek.xlsx.) Megjegyezve, hogy esetleges új beszerzések vagy szervezeti egységek közötti átadások módosíthatják ezen helyszíneket a szerződés időtartama alatt.

2. kérdés:

„Az árazótáblában szerepel: "Lifepak 1000 defibrillátor elem. A leírásban: Nem tölthető, 2 év szavatosság"
A mi raktárunkban minimum 4 éves lejáratiúak ezek az elemek, de inkább az 5 évhez közelítenek. A gyári standard is 4 évet határoz meg.”

Válasz:

Ajánlatkérő az Ártáblázatban az egyes tételek esetében a minimális elvárásokat határozta meg, ennél Ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlás megengedett.

3. kérdés:

„Az árazótáblában szerepel: "HeartSine defibrillátor elem és elektróda a leírásban: Elem és elektróda együtt, 8 éves kortól használható (vagy 25kg felett), 24 hónap szavatosság, Nem tölthető. A mi raktárunkban minimum 4 éves lejáratiúak ezek az elemek. A gyári standard is 4 évet határoz meg.”

Válasz:

Ajánlatkérő az Ártáblázatban az egyes tételek esetében a minimális elvárásokat határozta meg, ennél Ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlás megengedett.

4. kérdés:

„Az árazótáblában szerepel a következő termék: Saver ONE (SAV-C0911) Ezt teljes mértékben megegyező termékkel helyettesíthetjük-e, vagy az eredetihez ragaszkodnak?”

Válasz:

Ajánlatkérő homogén eszközpark és egységes megjelenés érdekében ragaszkodik a megjelölt termékhez.

5. kérdés:

„A kiírásban nem látom feltüntetve feltételként az OGYÉI/NNGYK engedély meglétének szükségességét, pályázati anyaghoz csatolását. Ez azt jelenti, hogy nem ezen előírások alapján várják el a felülvizsgálatok elvégzését?”

Válasz:

Ajánlatkérő az „Ajánlatkérés” dokumentumban a következőt rögzítette: „Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei részére defibrillátorok (orvostechnikai eszközök) EüM. 4/2009. (III.17.) rendelet szerinti kötelező az időszakos felülvizsgálata és tartozékainak szállítása.” Az EüM. 4/2009. (III.17.) rendelet 27. § (4) pontja szerint „A felülvizsgálatot az NNGYK határozata által erre feljogosított szerv az NNGYK által meghatározott és közzétett követelményrendszer alapján végezheti el. Az NNGYK határozata legfeljebb 5 évig érvényes a határozatban megjelölt feltételek változatlan fennállása mellett. Az időszakos felülvizsgálatra feljogosított szervezet az NNGYK által közzétett követelményeknek való megfelelésében bekövetkező jelentős változásokat az NNGYK-nek bejelenti.” Az NNGYK által időszakos felülvizsgálat végzésére feljogosított szervezetek listája nyilvános adatbázisból elérhető a https://ogyei.gov.hu/idoszakos_felulvizsgalat/ honlapról, így az engedély csatolása nem szükséges a pályázathoz.

6. kérdés:

„A szerződésben: késedelmes/hibás teljesítés esetén kötbér felszámítása történik. Ez természetes. Viszont a jelenleg tapasztalható globális kereskedelem/gyártás/alkatrészellátás problémái előidézhetnek átmeneti áruhiányt, mely lehetetlenné teheti a fogyóanyagok határidőre történő szállítását, így minden igyekezetünk ellenére meghiúsíthatja a precíz teljesítést. Ilyen esetben cserekészülék biztosításával elkerülhető-e a kötbér alkalmazása?

(jelenleg hiánycikk globálisan: ZOLL StatPadzII elektróda - várható érkezés: 2025.Q3-Q4, Heartsine PAD-PAK - várható érkezés: 2025.Q3, Lifepak CR Plus Charge-PAK - várható érkezés: 2025.Q3) Ezekből az alkatrészekből mi is csak minimális mennyiséggel rendelkezünk.”

Válasz:

Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározott 15 naptári napon belül kéri az eseti megrendelések szerződésszerű teljesítését.

7. kérdés:

„Pályázói kérdés - futárszolgálattal történő szállítás - Ezt mi is alkalmazzuk, de felhívnám a figyelmét a kiírónak, hogy az elszállítandó és a cseredefibrillátor megfelelő dobozba helyezése, továbbá annak biztonságos becsomagolása a kihelyezés helyszínén lévő feladata!”

Válasz:

Ajánlatkérő vállalja a csomagküldő szolgálat részére történő átadáshoz a megfelelő csomagolás előkészítését.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Defibrillátorok - helyszínek

Kelt: Budapest, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

.....
Bene Attila
szolgáltatás beszerzés vezető
Szolgáltatás beszerzés
Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság
Beszerzési Főigazgatóság
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.