

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

Iktatószám: 19271/2022/SZK

Tárgy: **Kiegészítő tájékoztatás nyújtása 2. és tájékoztatás ajánlattételi határidő módosításáról**

Beszerző: Barta Edit Veronika

Tel: +36 30 597 6075

Mellékletek: Módosított Pályázati felhívás és módosított Szerződéstervezet

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által indított, „**Mega System Izokinetikus pormérő rendszer karbantartása és kalibrálása.**” tárgyú beszerzési eljárásban 2023. január 9-én az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiakban válaszol.

Kérdés: „*A kalibrációhoz EN 17025 tanúsítványra van szüksége, vagy elegendő a szabványos vizsgálati jegyzőkönyvünk?*”

Ez utóbbi megegyezik a műszerekkel együtt szállítottával, és egy sor tesztorozat (hőmérséklet, nyomás, térfogat stb.) eredményeit tartalmazza, a mért értékeket egy hitelesített elsődleges szabvánnyal összehasonlítva, valamint magyarázatot annak végrehajtására. Elsődleges szabványunk mindegyike EN 17025 tanúsítvánnyal rendelkezik.

A normál szondánál általában nem végezzük el a karbantartást, ha nem sérült, de ha ügyfele úgy kívánja, ellenőrizhetjük is.

Az összes többi paraméter szabványos, a többi kért dokumentációt is a műszerekkel együtt szállítjuk.”

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő T. Kérdező Gazdasági szereplő kérdése alapján úgy látja, hogy ajánlattevő valószínűleg rendelkezik EN 17025 tanúsítvánnyal, azonban a Szerződéstervezet 1.1 pontjában a kalibrálási feladat kapcsán megfogalmazott pontatlanság okán T. Kérdező úgy véli, hogy a kalibrálásról szintén tanúsítványt kell kiállítania.

A pályázati feltételek egyértelműbbé tétele érdekében Ajánlatkérő a Pályázati felhívás 11. pontjának és a Szerződéstervezet 1.1 pontjának kiegészítése, módosítása mellett döntött. Módosítások kiemelt betűtípussal, szürke háttérrel, illetve áthúzással kerültek jelölésre.

Ajánlatkérő fentiek válaszával összhangban a Pályázati felhívás 11. pontja az alábbiak szerint módosította:

„11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

Műszaki és szakmai alkalmasság	
M/1: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a felhívás közzétételének napját megelőző 36 hónapban rendelkezik Izokinetikus nedvesség és pormérő műszer karbantartására és kalibrálására vonatkozó referenciával legalább összesen nettó 1.500.000 Ft értékben. Az	M/1: Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, a pályázati felhívás közzétételének napjától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó referencialistát/nyilatkozatát minimálisan az alábbi tartalommal: <ul style="list-style-type: none">• Teljesítés időpontja/időtartama (időtartam esetén kezdet és befejezés megjelölésével év, hónap, nap pontossággal)• Szerződést kötő másik fél megnevezése (név és székhely/lakcím)

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
 SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.	<ul style="list-style-type: none"> • Szerződést kötő másik fél központi elérhetőségei (telefonszám és/vagy e-mail cím) vagy kontaktszemély megnevezése és elérhetőségei (név, telefonszám és/vagy e-mail cím) • A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen), • Ellenszolgáltatás nettó összege (érték, pénznem) • A teljesítés szerződészerű volt-e (igen/nem) Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2: Ajánlattevőnek A kalibrálást végző labornak rendelkeznie kell a pályázat benyújtásakor és a szerződés időtartama alatt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált kalibráló laboratórium MSZ-EN ISO/EC 17025 szerinti státusszal.	M/2: Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szükséges csatolnia a kalibrálást végző labor részére a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiállított MSZ-EN ISO/EC 17025 szülő tanúsítvány másolatát.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia munka) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, referencia munka esetében a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

~~Az M/1. és M/2. előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek önállóan kell megfelelniük, kapacitást nyújtó szervezet, személy igénybe vétele nem megengedett."~~

Továbbá a Szerződéstervezet 1.1 pontjának negyedik bekezdését Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította:

„Vállalkozó a kalibrálás keretében köteles elvégezni a pormérő rendszer mérési funkcióinak ellenőrzését, valamint a gyári protokoll szerinti kalibrálását, a gyári standardok illetve eszközök felhasználásával. A kalibrálásról a Vállalkozó ~~MSZ-EN ISO/IEC 17025 2018~~ szabvány követelményeinek megfelelően ~~tanúsítványt~~ vizsgálati jegyzőkönyvet (továbbiakban jegyzőkönyv) állít ki a ~~tanúsítvány~~ kiállítás időpontjától számított 2 éves érvényességi idővel. A ~~tanúsítványt~~ jegyzőkönyvet Vállalkozó köteles az adott eseti megrendelés teljesítését követő 5 napon belül Megrendelő jelen Szerződésben megadott kapcsolattartójának elektronikusan és 1 példányban papír alapú formában megküldi.”

Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a T. Érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét a Pályázati felhívás 9.3 pontjában kért Szakmai ajánlatra is, melyben kéri, hogy Ajánlattevő szíveskedjen részletezni, bemutatni a megajánlott szolgáltatást (karbantartás és kalibrálás folyamatát) olyan tartalommal, hogy abból műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

BESZERZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG
SZOLGÁLTATÁS, ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

Ajánlatkérő a fenti válaszára tekintettel az ajánlattételt segítő a tárgyi eljárásban jelenleg érvényes ajánlattételi határidőt (2023.01.23-án 14:00 óra) módosítja.

Módosított ajánlattételi határidő: 2023.01.26-án (csütörtök) 14:00 óra

Kérjük az ajánlat elkészítése során a fenti választ, jelen válasz mellékletét képező módosított Pályázati felhívást és módosított Szerződéstervezetet szíveskedjenek figyelembe venni. A módosított dokumentumokat Ajánlattevő a jelen válasz megküldésével egyidejűleg csatoltan megküldi valamennyi Érdeklődő Gazdasági Szereplő részére és a módosított Pályázati felhívást a MÁV csoport honlapján is közzéteszi.

Kelt: Budapest, 2023. január 19.

Tisztelettel:



.....
dr. Kómár Márta
Szolgáltatás, Eszköz és IT beszerzési vezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési, Környezetvédelmi és
Szállítási Üzletág

